

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НА ПАРТИЮ №10

продукция: ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ СКЛАДНАЯ «ИСТОК ПРО» С КЛАПАНОМ ВЫДОХА FFP3

ВНИМАНИЕ: паспорт качества оформляется производителем на каждую полную или неполную партию полумасок фильтрующих складных «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3 поставляемую одному/нескольким / покупателю/заказчику.

Общие сведения об изделии:

Партия полумасок фильтрующих складных «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3 в количестве 30000 шт изготовлена на предприятии ИП Гостев П. В. ОГРНИП 304370317300043, в мае 2020 года.
Партия полумасок фильтрующих складных «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3, изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ – 2568 – 033 – 0109554264 – 2016, ТР ТС 019/2011.
Сертификат соответствия №ТС КЗ.7500361.22.01.02783, серия КЗ № 0299556 от 21.02.2017г.
Полумаски фильтрующие складные «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3 упакованы в индивидуальные п/эт.пакеты по 10 штук с вложением инструкции в г/ящики по 300 шт.
Количество г/ящиков в партии 100 шт.

Основные характеристики

Время защитного действия полумаски соответствует ТУ – 2568 – 033 – 0109554264-2016

1. Сопротивление полумаски постоянному потоку воздуха, при объемном расходе воздуха (160 дм³/мин) Па (мм вод.ст.), не более:
 - на вдохе 75
 - на выдохе 280
2. Ограничение поля зрения, % - 19
3. Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % - 0,88
4. Коэффициент подсоса аэрозоля хлорида натрия под полумаску, % - 0,53
Коэффициент подсоса аэрозоля хлорида натрия под полумаску, % - 0,6
5. Маркировка на упаковке полумасок фильтрующих складных «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3 соответствует ТР ТС 019/2011 п. 4.4 п.п. 8-9., п.4.10-4.13.
6. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления, при соблюдении требуемых условий
7. Упаковка:
 - Полумаска фильтрующая складная «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3 - 300 шт. (коробка картонная)

Комплектность

Полумаска фильтрующая складная «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3 – 1 шт
Индивидуальный пакет для хранения- 1 шт
Инструкция по эксплуатации расположено в индивидуальном пакете – 1 шт
Паспорт качества – 1 экз. на партию

Свидетельство о приёмке

Партия полумасок фильтрующих складных «Исток ПРО» с клапаном выдоха FFP3, в количестве 30000 шт, соответствует в полном объеме требованиям ТР ТС 019/2011, ТУ – 2568-033-0109554264-2016 и признана годной к эксплуатации.

Ответственный за ОТК

Контролёр ОТК

Индивидуальный предприниматель



Н. А. Сарычева

П. В. Гостев

П. В. Гостев